



# BIOR

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIĒKU VESELĪBAS  
UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Leļupes iela 3, Rīga, Latvija, LV-1076, tālr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.bior.lv, reģ. Nr. 90009235333

## LĒMUMS

### par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. BIOR 2018/41)

Rīgā,

2018. gada 6. decembrī

**Pasūtītāja nosaukums:** Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – Institūts).

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** BIOR 2018/41.

**Iepirkuma priekšmets:** iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām.

**Iepirkuma metode:** iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

**Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora p.i. O.Valciņas 2018. gada 11. oktobra rīkojumu Nr. 114.**

**Komisijas priekšsēdētāja:** Institūta Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja L.Grantiņa-Ieviņa.

**Komisijas priekšsēdētājas vietniece:** Institūta Iepirkumu nodaļas vadītāja B.Skuja.

**Komisijas locekle:** Institūta Grāmatvedības nodaļas vadītāja Dz.Brīce.

**Komisijas sekretāre:** Institūta Juridiskās nodaļas vecākā referente K.Pētersone.

**Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā ([www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv)):** 11.10.2018.

**Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības – ir norādītas iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2. nodaļā.**

**Piedāvājuma izvēles kritērijs:** Komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Institūts, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 22.10.2018., plkst. 11:00.

**Saņemtie piedāvājumi:** lēmuma pielikumā.

**Atlases dokumentu vērtēšana** (06.12.2018. protokols Nr.3).

Komisija pārbaudīja atlases dokumentus un nolēma piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.

**Tehniskā piedāvājuma vērtēšana** (06.12.2018. protokols Nr.3).

Komisija pārbaudīja tehniskos piedāvājumus un nolēma:

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA “Diamedica” piedāvājumu šādās daļās:

- iepirkuma 1.daļā - tā kā pretendenta piedāvātajā automātisko vienkanāla pipešu komplektā neietilpst automātiska vienkanāla pipete tilpumiem vismaz 0,5 - 10 µl, tās vietā pretendents piedāvā automātiska vienkanāla pipeti tilpumiem 1 - 10 µl;



- b) iepirkuma 5.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,1 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,01 µl;
  - c) iepirkuma 8.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā 12-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,1 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 12-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,02 µl;
  - d) iepirkuma 9.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā 12-kanālu pipete 5 - 50 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,5 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 12-kanālu pipete 5 - 50 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,1 µl.
2. Nepieprasīt iesniegt papildu informāciju, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta sesto daļu, pretendentam SIA "Diamedica", vai iepirkuma 3.daļā piedāvātā automātiskā vienkanāla pipete 20 - 200 µl ir aprīkota ar bloķēšanas mehānismu, lai novērstu nejaušu tilpuma pārslēgšanos, ņemot vērā, ka pretendenta SIA "Diamedica" iepirkuma 3.daļā iesniegtais piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais (vislētākais) piedāvājums.
  3. Nepieprasīt iesniegt papildu informāciju, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta sesto daļu, pretendentam SIA "Diamedica", vai iepirkuma 4.daļā piedāvātā automātiskā vienkanāla pipete 500 - 5000 µl ir aprīkota ar bloķēšanas mehānismu, lai novērstu nejaušu tilpuma pārslēgšanos, ņemot vērā, ka pretendenta SIA "Diamedica" iepirkuma 4.daļā iesniegtais piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais (vislētākais) piedāvājums.
  4. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "Bioavots" piedāvājumu šādās daļās:
    - a) iepirkuma 1.daļā - tā kā pretendenta piedāvātajā automātisko vienkanāla pipešu komplektā neietilpst automātiska vienkanāla pipete tilpumiem vismaz 0,5 - 10 µl, tās vietā pretendents piedāvā automātiska vienkanāla pipeti tilpumiem 1 - 10 µl;
    - b) iepirkuma 2.daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav saderīgas ar vismaz divu ražotāju uzgajiem ar filtru;
    - c) iepirkuma 5.daļā - tā kā pretendents piedāvā automātisku 8-kanālu pipeti tilpumiem 1 - 10 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā prasīta automātiskā 8-kanālu pipete tilpumiem vismaz 0,5 -10 µl, pretendents piedāvā automātiskā 8-kanālu pipeti 1 - 10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,02 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,01 µl un pretendenta piedāvātā pipete nav autoklāvējama;
    - d) iepirkuma 6., 7., 8. un 9. daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav autoklāvējamas;
    - e) iepirkuma 10.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā termobloka 20 2,0 ml stobriņu inkubēšanai temperatūras diapazons ir no +2°C virs apkārtējās vides temperatūras līdz 100°C, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka temperatūras diapazons ir vismaz no - 10°C līdz 100°C;
    - f) iepirkuma 12.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā DNS/RNS UV attīrīšanas boksa UV lampas jauda ir 15 W, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā papildus prasība ir, ka UV lampas jauda ir 25 W.
  5. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "ORCUS" piedāvājumu šādās daļās:

- a) iepirkuma 1.daļā - tā kā pretendenta piedāvātajā komplektā ietilpstošās pipetes nav aprīkotas vismaz ar četru ciparu pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu;
  - b) iepirkuma 2.daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav Clip-tip pipetes;
  - c) iepirkuma 3.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā vienkanāla pipete 20 - 200 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti 1 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā vienkanāla pipete 20 - 200 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,5 µl;
  - d) iepirkuma 5.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,02 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,01 µl, kā arī piedāvātās automātiskās 8-kanālu pipetes 0,5 -10 µl precizitāte pie nominālā tilpuma ir 1,5%, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka pipetes precizitāte ir vismaz līdz  $\pm 0,12\mu\text{l}$  (1,2%);
  - e) iepirkuma 6.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā 8-kanālu pipete 5 - 50 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,5 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 8-kanālu pipete 5 - 50 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,1 µl;
  - f) iepirkuma 8.daļā - tā kā pretendenta piedāvātā automātiskā 12-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,1 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 12-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,02 µl, kā arī piedāvātās automātiskās 12-kanālu pipetes 0,5 -10 µl precizitāte pie nominālā tilpuma ir 1,5%, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka pipetes precizitāte ir vismaz līdz  $\pm 0,12\mu\text{l}$  (1,2%);
  - g) iepirkuma 9.daļā - tā kā piedāvātā pretendenta automātiskā 12-kanālu pipete 5 - 50 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,5 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 12-kanālu pipete 5 - 50 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,1 µl.
6. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "Saint-Tech" piedāvājumu iepirkuma 2. daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav Clip-tip pipetes.
7. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "OMNILAB Baltic" piedāvājumu iepirkuma 2. daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav Clip-tip pipetes.
8. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "Biosan" piedāvājumu šādās daļās:
- a) iepirkuma 1., 3. un 4. daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes aprīkotas vismaz ar trīs ciparu pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka 1., 3. un 4. daļā piedāvātās pipetes aprīkotas vismaz ar četru ciparu pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu, un pretendenta piedāvātās pipetes nav aprīkotas ar bloķēšanas mehānismu, lai novērstu nejaušu tilpuma pārslēgšanos;

- b) iepirkuma 5., 6., 7., 8. un 9. daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav aprīkotas ar bloķēšanas mehānismu, lai novērstu nejaušu tilpuma pārslēgšanu.
9. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "Mediq Latvija" piedāvājumu iepirkuma 2. daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav Clip-tip pipetes.
10. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un Nolikuma 2.1.5.1. punktu un 6.1.2. punktu noraidīt pretendenta SIA "Quantum Latvija" piedāvājumu šādās daļās:
- a) iepirkuma 1.daļā - tā kā pretendenta piedāvātajā automātisko vienkanāla pipešu komplektā neietilpst automātiska vienkanāla pipete tilpumiem vismaz 0,5 - 10 µl, tās vietā pretendents piedāvā automātiska vienkanāla pipeti tilpumiem 1 - 10 µl;
- b) iepirkuma 5.daļā - tā kā pretendents piedāvā automātisku 8-kanālu pipeti tilpumiem 1 - 10 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā prasīta automātiskā 8-kanālu pipete tilpumiem vismaz 0,5 -10 µl, kā arī piedāvātā automātiskā 8-kanālu pipete 1 - 10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti tikai līdz 0,02 µl, bet iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā pamatprasība ir, ka automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 -10 µl aprīkota ar pipetēšanas tilpuma regulatoru, kas ļauj uzstādīt nepieciešamo tilpumu ar precizitāti vismaz līdz 0,01 µl un piedāvātā pipete nav autoklāvējama;
- c) iepirkuma 6., 7. 8. un 9.daļā - tā kā pretendenta piedāvātās pipetes nav autoklāvējamas.
11. Turpināt saņemto piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma 11.daļā, kā arī turpināt iesniegto piedāvājumu vērtēšanu:
- a) iepirkuma 1.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 1.daļā pretendents SIA "Saint-Tech" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- b) iepirkuma 2.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 2.daļā pretendents SIA "Diamedica" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- c) iepirkuma 3.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 3.daļā pretendents SIA "Saint-Tech" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- d) iepirkuma 4.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 4.daļā pretendents SIA "Mediq Latvija" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- e) iepirkuma 5.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 5.daļā pretendents SIA "OMNILAB Baltic" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- f) iepirkuma 6.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 6.daļā pretendents SIA "DOMA" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- g) iepirkuma 7.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 7.daļā pretendents SIA "ORCUS" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- h) iepirkuma 8.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 8.daļā pretendents SIA "Interlux" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- i) iepirkuma 9.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 9.daļā pretendents SIA "DOMA" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- j) iepirkuma 10.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 10.daļā pretendents SIA "Biosan" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu;
- k) iepirkuma 12.daļā, ņemot vērā, ka iepirkuma 12.daļā pretendents SIA "Quantum Latvija" ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu.

#### **Finanšu piedāvājuma vērtēšana (06.12.2018. protokols Nr.3).**

Komisija pārbaudīja finanšu piedāvājumus un nolēma, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta devīto daļu un Nolikuma 6.1.3. punktu:

- a) labot pretendenta SIA "Mediq Latvija" iepirkuma 6.daļā norādīto summu kopā, EUR bez PVN un summu kopā, EUR ar PVN 21%:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Aprīkojuma ražotājs un marka	Vienību skaits	Cena par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN	PVN (21%) par 1 (vienu) vienību, EUR	Summa kopā, EUR bez PVN	Summa kopā, EUR ar PVN (21%)
6. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 5 - 50 µl	Automātiskā 8-kanālu pipete mLINE 0.5-10 µ, Kat. Nr. 725120 Ražotājs: Sartorius Biohit Liquid Handling Oy	3	455,00	95,55	No 1820,00 uz <b>1365,00</b>	No 2202,20 uz <b>1651,65</b>

b) labot pretendenta SIA "Mediq Latvija" iepirkuma 7.daļā norādīto summu kopā, EUR bez PVN un summu kopā, EUR ar PVN 21%:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Aprīkojuma ražotājs un marka	Vienību skaits	Cena par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN	PVN (21%) par 1 (vienu) vienību, EUR	Summa kopā, EUR bez PVN	Summa kopā, EUR ar PVN (21%)
7. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 30 - 300µl	Automātiskā 8-kanālu pipete mLINE 30-300 µ, Kat. Nr. 725140 Ražotājs: Sartorius Biohit Liquid Handling Oy	2	455,00	95,55	No 1820,00 uz <b>910,00</b>	No 2202,20 uz <b>1101,10</b>

Pēc veiktajiem labojumiem, Komisija nolēma piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.

Komisija pārbaudīja, vai uz pretendentiem, kuriem atbilstoši Nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Tāpat atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> panta pirmajai daļai Komisija pārbaudīja, vai pretendentiem, kuriem atbilstoši Nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi.

Izmantojot ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju datubāzi (<http://sankcijas.kd.gov.lv/>), Eiropas Komisijas Sankciju karti (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>) un ASV noteikto sankciju datubāzi (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx>) nav iegūta informācija, ka pretendentiem, kuriem atbilstoši Nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, būtu noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

Izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ir iegūta informācija, ka uz pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

**Komisija nolēma** atbilstoši Nolikumam izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
1. daļa	Automātisko vienkanāla pipešu komplekts 10, 100 un 1000 µl	SIA "Saint-Tech"	5775,00
2. daļa	Automātisko vienkanāla Clip-tip pipešu komplekts 10, 100 un 1000 µl	SIA "Diamedica"	840,00
3. daļa	Automātiskā vienkanāla pipete 20 - 200 µl	SIA "Saint-Tech"	393,00
4. daļa	Automātiskā vienkanāla pipete 500 - 5000 µl	SIA "Mediq Latvija"	420,00
5. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 - 10 µl	SIA "OMNILAB Baltic"	720,76
6. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 5 - 50 µl	SIA "DOMA"	1194,00
7. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 30 - 300µl	SIA "ORCUS"	668,64
8. daļa	Automātiskā 12-kanālu pipete 0,5 - 10 µl	SIA "Interlux"	477,00
9. daļa	Automātiskā 12-kanālu pipete 5 - 50 µl	SIA "DOMA"	474,00
10. daļa	Termobloks 20 2,0 ml stobriņu inkubēšanai	SIA "Biosan"	1890,00
11. daļa	Vortekss – minicentrifūga	SIA "Quantum Latvija"	671,70
12. daļa	DNS/RNS UV attīrīšanas bokss	SIA "Quantum Latvija"	1308,00

Pretendents, kurš iesniedza piedāvājumu iepirkumā un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkuma komisijas lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas.

Pielikumā:

Saņemtie piedāvājumi uz 2 (divām) lapām.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Komisijas locekle:

Komisijas sekretāre:

 L. Grantiņa-leviņa  
 B. Skuja  
 Dz. Brice  
 K. Pētersone

Pielikums  
06.12.2018.  
Lēmumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā  
„Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām”  
(ID Nr. BIOR 2018/41)

**SANĒMTIE PIEDĀVĀJUMI (EUR, BEZ PVN)**

Nr. p.k.	Dajas nosaukums	SIA "Diamedica"	SIA "DOMA"	SIA "Bioavots"	SIA "ORCUS"	SIA "Saint-Tech"	SIA "Interlux"	SIA "OMNILAB Baltic"	SIA "Biosan"	SIA "Mediq Latvija"	SIA "Quantum Latvija"	SIA "Labochema Latvija"
1. daļa	Automātisko vienkanāla pipešu komplekts 10, 100 un 1000 µl	5700,00	6270,00	6360,00	4378,50	5775,00	6870,00	7169,85	2925,00	5850,00	8131,50	7195,50
2. daļa	Automātisko vienkanāla Clip-tip pipešu komplekts 10, 100 un 1000 µl	840,00	-	873,80	667,80	970,00	-	1085,60	-	780,00	932,00	953,30
3. daļa	Automātiskā vienkanāla pipete 20 - 200 µl	510,00	405,00	607,50	875,70	393,00	456,00	490,62	207,00	420,00	693,30	500,40
4. daļa	Automātiskā vienkanāla pipete 500 - 5000 µl	540,00	444,00	642,00	875,70	474,00	456,00	540,57	207,00	420,00	707,40	564,60
5. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 - 10 µl	1840,00	-	1964,00	1337,28	1920,00	1692,00	720,76	720,00	1820,00	2312,80	-

Nr. p.k.	Dajas nosaukums	SIA "Diamedica"	SIA "DOMA"	SIA "Bioavots"	SIA "ORCUS"	SIA "Saint-Tech"	SIA "Interlux"	SIA "OMNILAB Baltic"	SIA "Biosan"	SIA "Mediq Latvija"	SIA "Quantum Latvija"	SIA "Labochema Latvija"
6. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 5 - 50 µl	1380,00	1194,00	1476,00	1002,96	1440,00	-	1425,78	540,00	1365,00 <sup>1</sup>	1734,60	1293,90
7. daļa	Automātiskā 8-kanālu pipete 30 -300µl	920,00	796,00	984,00	668,64	960,00	846,00	950,52	360,00	910,00 <sup>2</sup>	1156,40	862,60
8. daļa	Automātiskā 12-kanālu pipete 0,5 -10 µl	540,00	-	554,00	382,20	500,00	477,00	544,68	225,00	530,00	668,80	-
9. daļa	Automātiskā 12-kanālu pipete 5 - 50 µl	540,00	474,00	554,00	382,20	500,00	-	544,68	225,00	530,00	668,80	494,25
10. daļa	Termobloks 20 2,0 ml stobriņu inkubēšanai	2205,00	-	927,00 <sup>3</sup>	-	-	-	2205,00	1890,00	-	5503,50	-
11. daļa	Vortekss minicentrifūga	840,00	-	-	-	-	-	834,12	750,00	1626,00	671,70	-
12. daļa	DNS/RNS UV attīršanas bokss	1700,00	-	2222,00 <sup>4</sup>	-	-	-	1366,40	1500,00	-	1308,00	-

<sup>1</sup> SIA "Mediq Latvija" iepirkuma 6.dalā norādītā cena par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN nesakrīt ar summu EUR bez PVN. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta deviņto daļu un Nolikuma 6.1.3. punktu, Komisija laboja 6.dalā norādīto summu kopā no 1820,00 EUR bez PVN uz 1365,00 EUR bez PVN un summu kopā no 2202,20 EUR ar PVN 21% uz 1651,65 EUR ar PVN 21%.

<sup>2</sup> SIA "Mediq Latvija" iepirkuma 7.dalā norādītā cena par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN nesakrīt ar summu EUR bez PVN. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta deviņto daļu un Nolikuma 6.1.3. punktu, Komisija laboja 7.dalā norādīto summu kopā no 1820,00 EUR bez PVN uz 910,00 EUR bez PVN un summu kopā no 2202,20 EUR ar PVN 21% uz 1101,10 EUR ar PVN 21%.

<sup>3</sup> Komisijas 30.10.2018. sēdes protokols Nr.2.

<sup>4</sup> turpat