



BIOR

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIĒKU VESELĪBAS
UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, Latvija, LV-1076, tālr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.bior.lv, reģ. Nr. 90009235333

PROTOKOLS

Rīgā

10.04.2018.

Nr. 2

Laiks: 15:00
Vieta: Institūta mazā sanāksmju zāle
Darba kārtība: Par saņemtajiem jautājumiem atklāta konkursā "Laboratorijas materiāli"
(Id. Nr. BIOR 2018/14/AK)

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Institūta Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja L.Grantiņa-leviņa.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Iepirkumu nodaļas vadītāja B.Skuja.

Komisijas locekļi:

Institūta direktora vietniece finanšu jautājumos I.Driksna;

Institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Parazitoloģijas nodaļas p.i. Z.Ozoliņa.

Komisijas sekretāre: Institūta Juridiskās nodaļas vadītāja H.Bila.

Iepirkuma komisijas locekle Z.Ozoliņa. Atklātā konkursā ir saņemti jautājumi no ieinteresētā piegādātāja:

1.jautājums - Vai 6.daļas pozīcijās 4. un 6. nepieciešamas A klases biretes? Norādītās iedaļas vērtības 0,05 un 0,1 ml atbilst 10 ml un 25 ml B klases birtēm?

Iepirkuma komisijas atbilde uz 1.jautājumu: Tehniskās specifikācijas 6.daļas 4. un 6.pozīcijā var iesniegt A vai AS klases biretes ar šādām iedaļas vērtībām: 10 ml birete ar iedaļas vērtībām 0,05 vai 0,02 un 25 ml birete ar iedaļas vērtībām 0,05 vai 0,1.

2.jautājums - Lūdzu, precizējiet Gerhardt SOX THERM ekstrakcijas iekārtas modeli. Vai tā ir macro vai micro versija? Un kādi trauki tieši nepieciešami? Pieejami 3 dažādi trauki. Skatiet attēlu. (Embedded image moved to file: pic28396.gif).

Iepirkuma komisijas atbilde uz 2.jautājumu: Tehniskās specifikācijas 6. daļas 100. pozīcijā Gerhardt SOX THERM ekstrakcijas iekārtai nepieciešami Macro versijas trauki (54x130mm).

3.jautājums - Vai pozīcijās 106. un 113. var piedāvāt 600 ml vārglāzi, kuras graduācija ir līdz 500 ml? Vai šāds piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu?

Iepirkuma komisijas atbilde uz 3.jautājumu: Tehniskās specifikācijas 6.daļas 106. un 113.pozīcijā var piedāvāt vārglāzi ar tilpumu 600 ml, kas ir graduēta līdz 500 ml, un tas nebūs par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

Sanāksmi slēdz plkst. 15:10.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:

L.Grantiņa-leviņa

B. Skuja

I.Driksna

Z.Ozoliņa

H.Bila

